



Istituto Zooprofilattico della Sardegna

VETRERIA DA LABORATORIO

<b>Informazioni sulla gara</b>	
<b>ID</b>	1020
<b>Tipologia di gara:</b>	Accordo Quadro
<b>Criterio di valutazione:</b>	Criterio del minor prezzo
<b>CIG:</b>	B4475AB529
<b>Tipo di fornitura:</b>	Beni
<b>RUP:</b>	Massimiliano De Angelis
<b>Stato:</b>	Accettato
<b>Soggetto aggiudicatore:</b>	Istituto Zooprofilattico della Sardegna
<b>Centro di costo:</b>	Servizio Provveditorato
<b>Destinatario fornitura/servizio:</b>	Servizio Provveditorato
<b>Aggiudicatario:</b>	LABOINDUSTRIA S.p.A.

<b>Importi e oneri</b>	
<b>Importo complessivo a base d'asta:</b>	0,00 €
<b>Importo, al netto di oneri, soggetto a ribasso:</b>	45.000,00 €
<b>Oneri:</b>	0,00 €
<b>Garanzia fideiussoria:</b>	1.380,00 €

<b>Date pubblicazione e scadenza</b>	
<b>Data inizio partecipazione:</b>	15 novembre 2024 13:00:00
<b>Termine ultimo per la presentazione di quesiti:</b>	12 dicembre 2024 18:00:00
<b>Data scadenza:</b>	18 dicembre 2024 20:00:00
<b>Durata dell'accordo quadro:</b>	48 mesi

<b>Budget accordo quadro</b>	
<b>Budget totale:</b>	69.000,00 €
<b>Durata totale:</b>	48 mesi
<b>Scadenza:</b>	

<b>Documentazione gara</b>
Disciplinare di Gara e di Fornitura

<b>Documenti richiesti ai partecipanti - Offerta economica</b>
Offerta economica
SCHEDE TECNICHE

<b>Chiarimenti</b>	
<b>Domanda</b>	<b>Risposta</b>
<p>LOTTO 6 - VETRERIA DA LABORATORIO: con la presente siamo a chiedere se, per tutti i prodotti del lotto in cui è indicato vetro DURAN/PYREX, possono essere accettati prodotti in vetro BOROSILICATO, considerato materiale equivalente a quello richiesto. Cordiali Saluti</p>	<p>Sono ammessi prodotti in vetro borosilicato</p>