

 Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna	Scheda tecnica di reagenti e materiali di consumo	Pagina 1 di 1
	Nome prodotto: Aflatossina M1 in soluzione	Codice prodotto magazzino: 19245

Specifiche tecniche																	
<p>Descrivere le specifiche tecniche del prodotto:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%; padding: 5px;">Sostanza</th> <th style="width: 50%; padding: 5px;">CAS Number</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 5px;">Aflatossina M1</td> <td style="padding: 5px;">6795-23-9</td> </tr> </tbody> </table> <p style="margin-top: 20px;">Specifiche tecniche richieste dal Laboratorio</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tbody> <tr> <td style="width: 50%; padding: 5px;">Grado di Purezza</td> <td style="width: 50%; padding: 5px;">≥ 95 %</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Solido/Soluzione</td> <td style="padding: 5px;">Soluzione</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Quantità minima richiesta</td> <td style="padding: 5px;">1,0 mL</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Concentrazione</td> <td style="padding: 5px;">≥ 0.4 µg/mL</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Incertezza di misura</td> <td style="padding: 5px;">< 6%</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Scadenza</td> <td style="padding: 5px;">≥ 12 mesi</td> </tr> </tbody> </table> <p style="margin-top: 30px;">Norme/normativa di riferimento del prodotto: Non vincolante.</p> <p style="margin-top: 30px;">Certificazione del produttore: UNI ISO 17034</p>		Sostanza	CAS Number	Aflatossina M1	6795-23-9	Grado di Purezza	≥ 95 %	Solido/Soluzione	Soluzione	Quantità minima richiesta	1,0 mL	Concentrazione	≥ 0.4 µg/mL	Incertezza di misura	< 6%	Scadenza	≥ 12 mesi
Sostanza	CAS Number																
Aflatossina M1	6795-23-9																
Grado di Purezza	≥ 95 %																
Solido/Soluzione	Soluzione																
Quantità minima richiesta	1,0 mL																
Concentrazione	≥ 0.4 µg/mL																
Incertezza di misura	< 6%																
Scadenza	≥ 12 mesi																
Documentazione tecnica richiesta																	